

CHECK-LIST POUR LA SECURITE D'UNE SEANCE D'APHERESE THERAPEUTIQUE

Avertissement : Correctement utilisée, la check-list constitue un élément de la sécurité des soins. Elle ne se substitut ni aux procédures et protocoles validés localement, ni à la feuille de surveillance mise en œuvre lors de chaque séance.

Etiquette patient		Date de la séance
Technique utilisée	Echange plasmatique par centrifugation chez l'adulte	
Noms des intervenants impliqués conjointement ou successivement dans la séance		
1.	2.	3.

Principales vérifications à effectuer (approche chronologique non exhaustive)	Cocher avec initiales
La prescription médicale de la séance est disponible.	oui
Les prises de vide et de gaz médicaux sont vérifiées.	oui
Le choix du DMU ainsi que son intégrité sont vérifiés.	oui
La solution d'ACD est connectée à la ligne d'ACD.	oui
La solution de sérum physiologique est connectée à la ou aux lignes de sérum physiologique.	oui
La purge du séparateur est vérifiée.	oui
La perméabilité du sac de collecte est vérifiée.	oui
La perméabilité de la ligne de substitut est vérifiée.	oui
Les liquides de substituts nécessaires à la séance sont vérifiés (nature, date de péremption, T°).	oui
La programmation du séparateur tient compte des prescriptions et résultats biologiques les plus récents.	oui
Accueil du patient :	oui
- son identité est vérifiée (contrôle croisé entre personne physique / étiquette / prescription).	oui
- il n'est pas à jeun ,	oui
- il est allé aux toilettes ,	oui
- les données nouvelles (T°, résultats biologiques, traitement, etc.) sont connues des médecins.	oui
Le médecin a validé l' aptitude du patient pour la séance.	oui
La mise en place du monitorage pour surveillance hémodynamique est assurée.	oui
Les limites d' alarmes du scope sont vérifiées.	oui
Le matériel nécessaire au débranchement du patient est préparé d'avance.	oui
Avant le départ :	oui
- les paramètres hémodynamiques du patient sont contrôlés,	oui
- une collation est prise,	oui
- les pansements des voies d'abord ou points de ponction sont contrôlés.	oui